



ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 11 JUN. 2014



ADENDA No. 1

**LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 19/2014, DENOMINADA
“ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD”, FONDO ACTIVIDADES ESPECIALES.**


Se hace del conocimiento de las personas naturales y jurídicas participantes en la presente Licitación, que para ofertar deben tomar en cuenta lo siguiente:

- Sustituir en la parte IV “ANEXOS” en el anexo No. 1 “CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” para el renglón No. 2 ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL, PARRAFO No. 1, por el siguiente:

Que funcione con la técnica de oxidación con per sulfato , luz ultravioleta y calor de muestras, presenta un sistema de inyección de volumen variable, acuosas con detector infrarrojo no dispersivo, con software de control y manejo del equipo , que se pueda buscar las condiciones óptimas de trabajo así como la selección de la curva de calibración . El tiempo de análisis debe ser hasta 8 minutos o menor, con una precisión del 1 %.

Las demás condiciones y especificaciones técnicas de la Licitación Abierta se mantienen igual.

San Salvador, 11 de Junio de 2014.


DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE.
MINISTRA DE SALUD.

