



ACLARACION No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSSP-258-LPN-B

“EQUIPO DE CALIBRACION DE BASCULAS. IMPLEMENTACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO”

Con fuente de financiamiento: Banco Mundial Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la UACI, emite la Aclaración No. 2 al Documento de Licitación Pública Nacional FSSP-258-LPN-B, referente a “EQUIPO DE CALIBRACION DE BASCULAS. IMPLEMENTACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO” por lo que se les solicita tomar en cuenta las aclaraciones abajo indicadas para la elaboración de su oferta.

No.	PREGUNTAS REALIZADAS POR OFERENTES	RESPUESTA EMITIDA POR EL MINSAL
1	<p>Numeral 2.6 Documentos que integran la oferta, letra "f" solicita dentro de los documentos financieros la Copia de Estados Financieros auditados de los años fiscales 2012, 2013 y 2014, y en el literal "g" experiencia en los últimos 5 años.</p> <p>En ese sentido deseamos se aclare si ambos requisitos son fatales para la participación en este proceso, ya que como nuestra empresa solamente tiene un año y seis meses de haber sido constituida, muy a pesar de esto tenemos la experiencia necesaria en el suministro de equipos similares incluso al propio Ministerio de Salud.</p> <p>Y si la evaluación financiera nos evaluaría en las mismas condiciones de tiempo y de ejercicios financieros descritas en las bases o tomaría para el puntaje de esta evaluación solamente el tiempo de operaciones de esta sociedad ya que no existen para los años solicitados.</p>	<p>La oferta deberá incluir los documentos establecidos en el numeral 2.6 Documentos que integran la oferta.</p> <p>La Evaluación de ofertas será conforme lo establecido en el numeral 2.9 Análisis y evaluación de las ofertas.</p>
2	<p>Punto 4.1. Plazo y Lugar de entrega. En la página 18 de esta licitación, habla de 30 días Eso es imposible de cumplir, por las siguientes razones por lote:</p> <p>➤ Para el Lote #1 en la página 21 En los Requerimientos Generales en D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS punto No. 3 dice que requieren de "Certificaciones de Trazabilidad respectiva" lo que significa que las masas deberán venir Certificadas por el fabricante en el exterior, pues por el momento no hay nadie en El Salvador que pueda certificar las masas, pues nos informan que hast el 2016 el LNML- Laboratorio Nacional de Metrología - del</p>	<p>En aclaración 1 se dio respuesta a esta consulta y se confirma que el plazo de entrega será conforme o establecido en el numeral 4.1, el cual es de <u>treinta (30) días hábiles contados a partir de la distribución del Contrato.</u></p>



ACLARACION No. 2


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSSP-258-LPN-B

“EQUIPO DE CALIBRACION DE BASCULAS. IMPLEMENTACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO”

Con fuente de financiamiento: Banco Mundial Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

No.	PREGUNTAS REALIZADAS POR OFERENTES	RESPUESTA EMITIDA POR EL MINSAL
	<p>CIM (Centro de Investigación Metrológica) podrá hacer calibraciones y nosotros, aunque ya tenemos un comparador de masas y estamos en proceso de Acreditarnos ISO 17025, aún no estamos acreditados.</p> <p><u>Las masas con Certificado Inicial por fabricante llevan de 8 a 10 semanas o confirmación por fábrica para su tiempo de entrega.</u></p>	

San Salvador, 11 de Noviembre de 2015.



LICDA. ISELA DE LOS ANGELES MEJIA
JEFA UACI

IAM/CTH

