

**Aviso Único de Resultado
Resolución de Adjudicación No.01/2015**

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO DE
ADJUDICACIÓN EN FIRME**

EL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Capítulo 9, Artículo 9.11 numeral 2 del Tratado de Libre Comercio, comunica el resultado de adjudicación de la siguiente licitación:

- **Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.32/2014 denominada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM”** con fuente de financiamiento: **Fondos PEIS**, adjudicado a las empresas: **MEDITECNIC, S. A. DE C. V. Y SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**, en **Resolución de Adjudicación No.01/2015** por un monto total adjudicado de **\$112,894.55**.

San Salvador, 03 de Febrero de 2015



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000717

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

En el Ministerio de Salud, en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San salvador, a las ocho horas, del día diecinueve de enero de dos mil quince.

CONSIDERANDO:

1. Que el día tres de enero dos mil quince, se procedió a la recepción y apertura de ofertas por parte de Oferta N° 1 MEDITECNIC, S.A. DE C.V por un monto ofertado de \$ 142, 225.00, y Oferta N° 2 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., por un monto ofertado de \$ 93, 622.50.

i) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas analizando la propuesta presentada por Oferta N° 1 MEDITECNIC, S.A. DE C.V y Oferta N° 2 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A DE C.V., determinó que que tenían errores u omisiones en los documentos referentes a la constatación de datos, que no afectan el principio de la oferta, se le otorgó el plazo de 3 días hábiles, para solventar tal situación.

ii) Que durante el plazo otorgado para que subsanaran los errores u omisiones relacionados con la presentación de documentos solicitados por la Comisión de Evaluación de Ofertas, los oferentes cumplieron con la prevención relacionada en el literal anterior, presentando los documentos solicitados en el plazo otorgado.

iii) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, realizó el análisis de la capacidad financiera de los oferentes, que se consideran elegibles para ser evaluados en esta etapa; obteniendo el puntaje de 30% para ser evaluados en la etapa de especificaciones técnicas y verificación de condiciones generales.

iv) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones generales, determinando que la propuesta de los oferentes obtienen un 70% para ser evaluados en la propuesta económica.

v) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de la propuesta presentada recomendó adjudicar el proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA N° 32/2014 denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM" a las ofertas N° 1 MEDITECNIC, S.A. DE C.V, y oferta N° 2 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., por haber cumplido con las condiciones y especificaciones técnicas; calidad y precio.

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y a los artículos 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; en uso de sus facultades legales, la Ministra de Salud,

1.RESUELVE:

Adjudicar de la manera siguiente:

Renglón	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1	1 - 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60405015 AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA ----- AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA, MODELO: TF50, AROS DE PRUEBA PARA USO PEDIATRICO EN OFTALMOLOGIA, METAL RESISTENTE A LA CORROSION..... VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Marca: LUXVISION Origen: ISRAEL/CHINA Vencimiento: NO APLICA Casa representada:	C/U	5.00	\$400.0000	\$2,000.00

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 19 ENERO 2015



Ministerio de Salud
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
 Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

MEDITECNIC, S.A. DE C.V.
 CSSP: N/A

2	2	- 1	SERVICIOS TECNICOS	60405055	C/U	5.00	\$500.0000	\$2,500.00
---	---	-----	--------------------	----------	-----	------	------------	------------

MEDICOS, S.A DE C.V.

JUEGO DE LENTES DE PRUEBA
 PARA OFTALMOLOGIA

 Caja de prueba
 Caja de prueba de 266

piezas
 Aro metálico
 Material de vidrio
 Cilindros positivos y
 negativos
 Set de prismas:
 8,7,6,5,4,3,2,1,,0.5,0.5 y
 10
 Ocluser
 2 PinHole
 lente con ranura
 Lente Plano
 Filtro, rojo, verde.
 Lente Madox blanco
 Cilindro cruzado
 Esferas positivas y
 negativas
 Maleta

Material resistente, de
 alta durabilidad
 Depósito de almacenamiento
 Se entregara en buen
 estado, a entera
 satisfacción del
 Administrador de contrato
 Con la oferta: Catalogo con
 especificaciones técnicas.

Garantía contra
 desperfectos de un año
 Caja de prueba
 Caja de prueba de 266
 piezas
 Aro metálico
 Material de vidrio
 Cilindros positivos y
 negativos
 Set de prismas:
 8,7,6,5,4,3,2,1,,0.5,0.5 y
 10
 Ocluser
 2 PinHole



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000718

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

lente con ranura
Lente Plano
Filtro, rojo, verde.
Lente Maddox blanco
Cilindro cruzado
Esferas positivas y
negativas
Maleta

Material resistente, de
alta durabilidad
Depósito de almacenamiento
Se entregara en buen
estado, a entera

satisfacción del
Administrador de contrato
Con la oferta: Catalogo con
especificaciones técnicas.

Garantía contra
desperfectos de un año
Caja de prueba
Caja de prueba de 266
piezas
Aro metálico
Material de vidrio
Cilindros positivos y
negativos
Set de prismas:
8,7,6,5,4,3,2,1,,0.5,0.5 y
10
Oclusor
2 PinHole
lente con ranura
Lente Plano
Filtro, rojo, verde.
Lente Maddox blanco
Cilindro cruzado
Esferas positivas y
negativas
Maleta

Material resistente, de
alta durabilidad
Depósito de almacenamiento
Se entregara en buen
estado, a entera
satisfacción del
Administrador de contrato
Con la oferta: Catalogo con
especificaciones técnicas.

Garantía contra
desperfectos de un año



Ministerio de Salud
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
 Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

			Marca: AUMED		
			Modelo: SISI		
			Origen: CHINA		
			Marca: AUMED		
			Origen: CHINA		
			Vencimiento: N/A		
			Casa representada: AUMED		
			CSSP: N/A		
3	2	- 1	SERVICIOS TECNICOS	60405020	C/U 1.00\$22,108.5500 \$22,108.55
			MEDICOS, S.A DE C.V.	CAMARA DE FONDO DE OJOS	

 Cámara de fondo de ojos
 Equipo para procedimiento:
 Retina: Tumores como
 retinoblastoma, etc.
 Glaucoma

Retinopatía del prematuro
 Fotografía del segmento
 anterior y posterior

Cámara retinal Digital,
 Midriática, Portátil,
 sostenida de una mano
 Angulo de trabajo 30 grados
 Diámetro de pupila: 8mm.
 Dioptría de paciente: de
 -15 a +35 dioptrías
 Distancia de trabajo 5mm
 aprox.

Botones de enfoque a ambos
 lados de la unidad
 Tipo de fotografía: color

Programa de observación,
 almacenamiento y
 transmisión de imagen
 Tipo de iluminación:
 LED para examen
 Xenón para fotografía

Cámara digital de 2
 megapíxeles

Salida de video: NTSC para
 monitor principal
 Incluirá computadora con
 monitor de 11"
 aproximadamente o superior,
 resolución mínima 640x480
 píxeles, con capacidad de
 almacenamiento en
 dispositivo externo.



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000719

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

Interfaces: USB.
Accesorios Incluidos:
maleta para guardar y
proteger el equipo.
UPS de potencia según la
necesidad del equipo: Con
al menos 3 tomas corrientes
protegidos, Con alarma
sonora e indicadores de
LEDs en panel Frontal
incorporados. Reemplazo de
baterías sin herramientas.
Tiempo de respaldo de
energía de 15 min. Mínimo.
Con manual incluido.
Certificado o autorización
FDA, CE o JIS
Voltaje de alimentación:
100-240 VAC.
Frecuencia: 50/60 Hertz

Fases: 1
Tomacorriente macho:
polarizado grado
hospitalario
Seguridad eléctrica según
norma IEC 60601-1-2.
portátil
Se entregara en buen estado
y funcionando, a entera
satisfacción del
Administrador del contrato
y el jefe de área
Con la oferta: Catalogo con
especificaciones técnicas.
Con el equipo: Manual de
operación.
Manual de servicios Y
Manual de partes en un solo
manual.
En idioma castellano,
inglés o ambos
Garantía contra
desperfectos de dos años, a
partir de la puesta en
funcionamiento del equipo.
S.T MEDIC se compromete en
proveer accesorios y
repuestos por un mínimo de
5 años..
S.T MEDIC proporcionara el
mantenimiento preventivo
periódico de acuerdo a
recomendaciones del
fabricante y mantenimiento



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

correctivo, por lo que se proporcionara todos los elementos necesarios (insumos, herramientas, repuestos, etc.) para realizar dichos mantenimientos, durante el periodo comprendido por la garantía.

S.T MEDIC proporcionara la capacitación y comprenderá: La operación, buen manejo y limpieza del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes de equipo
 Impartido al personal operador y técnico de mantenimiento, respectivamente.

Marca: KOWA
 Modelo: GENESIS D
 Origen: JAPON

Marca: KOWA
 Origen: JAPON
 Vencimiento: N/A
 Casa representada: KOWA
 OPTIMED, INC
 CSSP: N/A

4	1	- 1 MEDITECNIC, S. A. DE C. V.		C/U	1.00\$68,000.0000 \$68,000.00
---	---	--------------------------------	--	-----	-------------------------------

60405180
 ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA

 ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA, MODELO: AYECUBED, EQUIPO DISEÑADO PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE ANORMALIDADES EN EL OJO: HEMORRAGIAS VITREALES, DESPRENDIMIENTO DE RETINA, TUMORES, ETC.
 CARACTERISTICAS:
 ULTRASONIDO MODO B,
 PANTALLA: COLOR, ESCALA DE GRISES 256 NIVELES...VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
 Marca: ELLEX
 Origen: AUSTRALIA
 Vencimiento: NO APLICA
 Casa representada: MEDITECNIC, S.A. DE C.V.
 CSSP: N/A
 EXOFTALMOMETRO

C/U



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000720

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

			DESIERTO				
6	2	- 1	SERVICIOS TECNICOS	60405125	C/U	4.00	\$200.0000 \$800.00
			MEDICOS, S.A DE C.V.	REMOVEDOR OFTALMICO PARA CUERPOS EXTRAÑOS			

				Removedor oftálmico para cuerpos extraños Fresadora oftálmica para cuerpos extraños con micromotor incluido Baterías "AA" Elaborado de material resistente Se entregara en buen estado, a entera satisfaccion del Administrador del Contrato Con la oferta: catalogo del equipo con especificaciones tecnicas Garantía contra desperfectos de fábrica de un año a partir de la fecha de entrega del equipo Marca: KATENA			
				Modelo: ALGERBRUSCH II Origen: U.S.A Marca: KATENA Origen: U.S.A Vencimiento: N/A Casa representada: KATENA CSSP: N/A			
7	1	- 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60405105	C/U	5.00	\$3,000.0000 \$15,000.00
				PROYECTOR DE OPTOTIPOS			

				PROYECTOR DE OPTOTIPOS, MODELO:HCP-7000," DISTANCIA DE PROYECCION: 2.4-8 M, PROYECCION DE MAGNIFICACION: 30X.....VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Marca: HUVITZ Origen: KOREA Vencimiento: N Casa representada: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. CSSP: N/A			
				QUERATOMETRO		C/U	

				DESIERTO			



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

9		RETINOSCOPIO	C/U		

		NO ADJUDICADO			
10		PRISMAS SUELTOS, SET DE 22	C/U		

		DESIERTO			
11		TONOMETRO DE PERKINS	C/U		

		DESIERTO			
12	2 - 1	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.	60405175 TRANSILUMINADOR	C/U	4.00 \$621.5000 \$2,486

		Transiluminador para la transiluminacion diascleral, completo, lámpara XHL Xenón Halógena, Difragma con filtro azules			
		Certificado o autorizado por FDA, CE o JIS (presentar documentación de respaldo) Fabricado bajo norma ISO 13485 1 batería recargable 1 estuche 1 mango recargable para toma de Red 1 Filtro azul Se entregara en buen estado, a entera			
		satisfacción del Administrador de contrato Con la oferta: Catalogo con especificaciones técnicas.			
		Garantía contra desperfectos de un año			
		Marca: HEINE Modelo: FINOFF Origen: ALEMANIA Marca: HEINE Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A Casa representada: HEINE CSSP: N/A			

Monto Total Adjudicado: \$112,894.55



Ministerio de Salud
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000721

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

Resumen de Resolución de Adjudicación
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

Oferta	Empresa	Monto adjudicación
2	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V. Renglones adjudicados: 3, 6, 2, 12	\$27,894.55
1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V. Renglones adjudicados: 1, 4, 7	\$85,000.00
Monto Total Adjudicado:		\$112,894.55


NOTIFÍQUESE

2. ELABORAR EL RESPECTIVO CONTRATO, UNA VEZ ESTA RESOLUCIÓN ESTE EN FIRME
3. CON RELACIÓN A LOS ÍTEM QUE NO FUERON ADJUDICADOS INICIESE CON UN NUEVO PROCESO DE COMPRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LACAP.

DRA. VIOLETA MENJIVAR
MINISTRA DE SALUD



Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Mon Feb 02 11:23:06 CST 2015
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	